

## 医疗卫生口罩检测标准办理

产品名称	医疗卫生口罩检测标准办理
公司名称	深圳中测通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宝安区西乡街道宝安大道4336号洪盛科技园五栋三楼
联系电话	159****5556 159****5556

## 产品详情

### 医疗服务口罩标准

我国的医疗器材防尘口罩规范目前2个。YY《医用外科口罩》及 GB《医用防护 口罩技术要求》

医用外科口罩的检验在目前國家的规范中牵涉到三个：YY/T《一次性使用医用口罩》、YY《医用外科口罩》、GB《医用防护口罩技术要求》。

YY《医用外科口罩技术要求》由药品食品类监督管理局公布，为医疗行业规范，于2006年一月一日执行。该标准了医疗器材外科口罩的技术标准、实验方式、标示与使用说明书及包装、运送和存储。该标准防护口罩的病菌过滤效率应不小于95%。

## YY 口罩的分类

注：该规范的 BFE 检测总流量为 28.3L/min; PFE 检测总流量为 $(30 \pm 2)$ L/min，实验总面积为 100cm<sup>2</sup>；

吸气摩擦阻力的检测总流量为 8L/min，实验总面积为 5.06cm<sup>2</sup>。有生成血液透过规定：将 1mL 生成血液以 10.7KPa(80 mmHg) 工作压力喷向防护口罩，防护口罩里侧不可出现渗入。

## YY 防护口罩微生物菌种指标值

GB《医用防护口罩技术要求》由原国家质检总局、国家精细化管理联合会发布，于二零一一年三月一日执行。该标准了医疗器材防尘口罩的技术标准、实验方式、标示与使用说明书及包装、运送和存储，适用诊疗办公环境下，过滤空气中的细颗粒物，隔绝飞沫传染、血液、血液、分泌物等的自然吸气过滤式医疗器材防尘口罩。该规范的 4.10 为强制性，其他为强制。

相关产品：[口罩检测](#)，[检测报告](#)，[医用口罩](#)，[防护口罩](#)，[熔喷布](#)

所属分类：[中国商务服务网](#) / [质检报告](#)