

PH计 雷磁 实验室PH计

产品名称	PH计 雷磁 实验室PH计
公司名称	江西福拉格实业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:雷磁 型号:PHS—2C型 类型:实验室PH计
公司地址	江西省九江市九江县沙城工业园（九江高新金属包装机械有限公司内）
联系电话	13755224466 13970266597

产品详情

品牌	雷磁	型号	PHS—2C型
类型	实验室PH计	显示方式	数量
探头型式	外置式	测量范围	0.00~14.00
精度	0.02	温度补偿范围	0.0~60.0 ()
电源电压	220 (V)	工作温度	0-40 ()

1 概述

phs—2c型ph计是一台数字显示ph计,它采用蓝色背光、双排数字显示液晶,可同时显示ph、温度值或电位(mv)、温度值。该仪器适用于大专院校、科研院所、环境监测、工矿企业等部门的化验室取样测定水溶液的ph值和电位(mv)值、配上orp电极可测量溶液orp(氧化-还原电位)值。配上离子选择性电极,可测出该电极的电极电位值。

2仪器的主要技术性能

1. 仪器级别:0.02级
2. 测量范围:ph:(0.00~14.00) ph
mv:(0~±1800) mv(自动极性显示)
3. 最小显示单位:0.01 ph, 1mv, 0.1
4. 温度补偿范围:(0.0~60.0)
5. 电子单元基本误差:ph:±0.01 ph

mv : $\pm 0.1\%fs$

6 . 仪器的基本误差 : $\pm 0.02\text{ ph} \pm 1$ 个字

7 . 电子单元输入电流 : 不大于 $1 \times 10^{-12}\text{a}$

8 . 电子单元输入阻抗 : 不小于 1×10^{12}

9 . 温度补偿器误差 : $\pm 0.01\text{ ph}$

10 . 电子单元重复性误差 : $\text{ph} : 0.01\text{ ph} \pm 1$ 个字

mv : $1\text{mv} \pm 1$ 个字

11 . 仪器重复性误差 : 不大于 $0.01\text{ ph} \pm 1$ 个字

12 . 电子单元稳定性 : $\pm 0.01\text{ ph} \pm 1$ 个字 / 3h

13 . 外形尺寸 $1 \times b \times h$, mm : $200 \times 210 \times 70$

14 . 重量 : 1.0kg