

压力蒸汽灭菌化学指示卡

产品名称	压力蒸汽灭菌化学指示卡
公司名称	上海润宝医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新华 型号:010001
公司地址	上海市宝山区长江南路530弄181号
联系电话	18964057008

产品详情

新华牌121 ° C压力蒸汽灭菌化学指示卡

使用说明书 010001

一、压力蒸汽灭菌化学指示卡产品说明

本品卡面指示剂在灭菌过程的湿热作用下，达到一定温度和时间后，产生变色反应以显示灭菌效果。在饱和蒸汽121 (±2) ° C灭菌时，指示剂变为标准黑色，表示符合灭菌条件。

二、压力蒸汽灭菌化学指示卡使用范围

压力蒸汽灭菌化学指示卡适用于医院及卫生防疫部门对衣物、敷料包和手术包等121 ° C压力蒸汽灭菌效果以及灭菌操作条件的检验。

三、新华牌121 ° C压力蒸汽灭菌化学指示卡 压力蒸汽灭菌化学指示卡使用方法

将卡面印有指示剂一端，放入物品包装的中间;按灭菌操作的常规，预热、彻底排除空气；当锅内温度达到121 ° C后，保留20分钟以上(不同物品所需灭菌时间，请按有关规定执行)，灭菌完毕将指示卡抽出，观察颜色变化。在121 (±2) ° C的温度范围内，指示卡达到标准黑色以上，表示符合灭菌条件;低于标准黑色则表示不符合灭菌条件。

四、注意事项

- 1、本品不适于放在输液瓶、管、桶状等器械内部使用。
- 2、本品不可直接与水接触。不应将指示卡直接放在易形成冷凝水的金属或玻璃材料等表面。
- 3、用过的指示卡，其变色的试剂部分，不宜用火焚烧，以防产生粉尘。

4、不适用于132 ° C压力蒸汽灭菌效果的检测。

5、勿与酸碱物质接触。防潮，置于阴凉处保存。

五、规格: 200片/盒。

六、有效期: 36个月。生产日期、批号见包装。