

平板电脑心肺复苏模拟人无线版QY-CPR550

产品名称	平板电脑心肺复苏模拟人无线版QY-CPR550
公司名称	上海求育科教设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:上海求育 型号:QY-CPR550 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区江桥镇
联系电话	021-69918115 15021281975

产品详情

执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准

材料特点：

模拟人的脸皮可保用三年，无须更换。面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

功能特点：

- 1、模拟人上肢关节可自由活动。
- 2 模拟人与平板电脑无线连接。
- 3、模拟生命体征：
 - 1) 初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。
 - 2) 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。
 - 3) 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。
- 4、可进行标准气道开放。
- 5、可进行人工手位胸外按压和人工呼吸。
- 6、三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。

- 1) 方式一：CPR训练，在设定的时间范围内，可进行按压和吹气。
- 2) 方式二：模式考核，在设定的时间范围内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。
- 3) 方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015年国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。
- 7 评估流程：除实现CPR操作外，可评估流程的步骤：急救呼叫；意识判别；脉搏判别；呼吸判别；清除口腔异物。

CPR显示屏功能：

- 1、电子监测：电子监测气道开放和按压部位，显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数。
- 2、语音提示：全程中文语音提示，可调节音量。
- 3、条形码显示吹气量：正确的吹气量为500/600ml-1000ml。
 - 1) 吹气量过少时，条形码为黄色。
 - 2) 吹气量合适时，条形码为绿色。
 - 3) 吹气量过大时，条形码为红色。
- 4、条形码显示按压深度，正确的按压尝试5cm以上。
 - 1) 按压深度过少时，条形码为黄色。
 - 2) 按压尝试深度合适时，条形码为绿色。
- 5、可设定操作时间。
- 6、电源状态：内置锂电池，配套充电器
- 7、打印机功能：可选择操作结束后打印操作过程。成绩单内容涵盖操作方式，每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误和次数、吹气错误的原因和次数、设定时间、操作时间和成绩评定。

标准配置：

- 1、高/级心肺复苏模拟人一具；
- 2、平板电脑；
- 3、豪华手拉推式人体硬塑箱一只；
- 4、复苏操作垫一条；
- 5、一次性消毒面膜(50张/盒)一盒；

6、可更换面皮一只；

7、可换肺气袋五个；

8、产品保修卡、产品合格证、使用说明书、急救操作手册一套。