

口罩材料过滤效率物理性能测试

产品名称	口罩材料过滤效率物理性能测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

平面口罩材料

1、EN医疗口罩材料

分类	TYPE a	TYPE	TYPE R	测试方法	备注
BFE(%)	95	98	98		至少测试5
压差 (Pa/c m2)	29.4	29.4	49.0		个样品测试 条件21度 ± 5度
血液穿透 (KPa)	无要求	无要求	16 (120m mHg)	ISO22609	32个口罩， 透过血液的 不超过3个
微生物清洁 度(cfu/g)	30	30	30	ISO11737-1	

注：a代表着这种材料只能给病人、易过敏的人群2、ASTM F医疗口罩材料

性能指标	Low Barrier	Moderate Barrier	High Barrier
BFE (%)ASTM F2101:20 07 (28.3LPM。 3.0 μ m 葡萄糖菌粒子)	95	98	98

压差(mmH2O/cm2)4.4 <4.0 .1.2of MIL-M-36954C (8.0LPM)		<5.0	<5.0
PFE (%)0.1um Not required		98	98
乳胶粒子ASTM F 2299			
血透 (ASTM F 1862 , I80 SO22609) mmHg		120	160
阻燃 16 CFR Pat 1610 Class 1		Class 1	Class 1