

电脑心肺复苏模拟人移动电源QY-CRP300S-A

产品名称	电脑心肺复苏模拟人移动电源QY-CRP300S-A
公司名称	上海求育科教设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海求育 型号:QY-CRP300S-A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区江桥镇
联系电话	021-69918115 15021281975

产品详情

产品便于缺少交流电源的培训环境下工作。例如：山区、野外、广场、游泳池、军事等。材料特点：模拟人的脸皮可保用三年，无须更换。面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。功能特点：1 模拟人上肢关节可自由活动。2、模拟标准气道开放显示。3、人工手位胸外按压指示灯显示、数码计数显示、语言提示：1) 按压位置正确、错误的指示灯显示；数码计数显示；错误的语言提示。2) 按压强度正确(5-6cm区域)由条形码绿色灯显示；按压深度过深(大于6cm)由条形码红色灯显示；按压深度不够(小于5cm)由条形码黄色灯显示，移动条形码指示灯动态反馈显示CPR按压深度。4、人工口对口呼吸(吹气)的指示灯显示、数码计数显示、语言提示：1) 吹入的潮气量 500ml/600ml-1000ml 的显示分别由条形(黄绿红)指示灯移动的动态反馈显示、吹气量度；正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示。2) 吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示及错误语言提示。5、操作周期：按压与人工吹气30：2(单人或者双人)，完成五个循环周期CPR操作；6、操作频率：国际标准：100-120次/分。7、操作方式：训练操作；考核操作。8、操作时间：以秒为单位计时，可设定考核操作时间。9、语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定；10、成绩打印：操作结果可热敏打印长条成绩单与短条成绩单；11、模拟人体征变化：初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动；按压过程中，颈动脉被搏动；模拟人抢救成功后，瞳孔缩小，颈动脉自主搏动。12、电源状态：采用220V外接电源，或采用4节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无外接电源的情况下使用。标准配置：1、心肺复苏模拟人一具；2、电脑显示器一台；3、豪华手拉推式人体硬塑箱一只；4、复苏操作垫一条；5、一次性消毒面膜(50张/盒)一盒；6、可换面皮一只；7、可换肺气袋五个；8、热敏打印纸二卷；9、产品保修卡、产品合格证、使用说明书、急救操作手册一套。